



Certificat de examinare UE de tip EU-type examination certificate

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 041

Număr RO-2275-19417, revizia 0

Number RO-2275-19417 revision 0

Eliberat de
Issued by

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE/ ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY
str. Părului, nr. 8, Craiova, județul Dolj, România
T +4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrco@rdscv.ro; www.mrco.ro

În conformitate cu
According to

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), Anexa III Contoare de apă (MI – 001), Anexa II Modulul B: Examinarea UE de tip
Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast), Annex III Water Meters (MI-001), Annex II Module B: EU-Type Examination

Producător
Manufacturer

EUROMET Ölçü Aletleri Laboratuvar ve Test Ekipmanları Danışmanlık İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Anadolu Bulvarı ATB İş Merkezi C Blok No: 84 Yenimahalle, Ankara/ Turkey

Referitor la
Referring to

Familie de contoare de apă, tip: AYSU SD-XX-Y
Family of water meters, type: AYSU SD-XX-Y

Caracteristici
Characteristics

Clasa de exactitate/ Accuracy class: 2
Clasa de temperatură/ Temperature class: T 30, T50
Domeniul temperaturii ambiante/ Ambient temperature range: +5 °C...+55 °C
Presiunea maximă admisă/ Maximum admissible pressure: 16 bar

Descriere și
documentație
Description and
documentation

Mijloacele de măsurare corespund cu cerințele Directivei 2014/32/UE și sunt descrise în anexă, parte integrantă din prezentul certificat.
The measuring instruments meet the requirements of the Directive 2014/32/EU and are described in annex, part of this certificate.

Eliberat la
Issued on

11.06.2019

Valabil până la
Valid until

10.06.2029

Organism notificat nr. 2275
Notified Body no. 2275

Dr. ing. Poenaru Maria Magdalena
DIRECTOR EXECUTIV



Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 10 pagini inclusiv Anexa.
Certificate without signature and seal is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 10 pages, including Annex.