



Certificat de examinare EC de tip

Certificate of EC-type examination

Număr RO-2275-16371, revizia 0
Number RO-2275-16371, revision 0



Eliberat de:
Issued by

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE
ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY
Str. Părului, nr. 8, Craiova, Județul Dolj, România
T +4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrco@rdscv.ro; www.mrco.ro

În conformitate cu:
According to

Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, cu modificările ulterioare, Anexa I (Cerințe esențiale), Anexa MI-001 (Contoare de apă), Anexa B – Examinarea de tip
2004/22/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments, as amended, Annex I (Essential requirements), Annex MI-001 (Water Meters), Annex B - Type Examination

Producător:
Manufacturer

EUROMET Ölçü Aletleri Laboratuvar ve Test Ekipmanları Danışmanlık İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Anadolu Bulvarı ATB İş Merkezi C Blok No: 84 Yenimahalle, Ankara/Turkey

Referitor la:
Referring to

Familie de contoare de apă/ Family of water meters
Marca/ Trade mark: AYSU
Tip/ Type: VRP-15-E, VRP-20-E, VRP-25-E, VRP-32-E, VRP-40-E

Caracteristici:
Characteristics

Debitul permanent/ Permanent flowrate Q_3 : 1 m³/h ÷ 6,3 m³/h
Clasa de exactitate/ Accuracy class: 2
Clasa de temperatură/ Temperature class: T30; T50
Presiunea maximă admisă/ Maximum admissible pressure: 16 bar

Concluziile examinării:
Conclusions of the examination

Familia de contoare de apă corespunde cerințelor Directivei 2004/22/CE și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.
The family of water meters meets the requirements of the 2004/22/EC Directive's requirements and it is described in Annex, a part of this certificate.

Eliberat la
Issued on

21.03.2016

Valabil până la
Valid until

20.03.2026

Organism notificat nr. 2275
Notified Body no. 2275

Dr. ing. Poenaru Maria Magdalena
DIRECTOR EXECUTIV



Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 7 pagini inclusiv Anexă.
Certificate without signature and seal is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 7 pages, including Annex.