



## Certificat de examinare CE de tip EC-type examination certificate

Număr RO-2275-15284, revizia 0

Number RO-2275-15284, revision 0

**Eliberat de**

*Issued by*

**MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE/ ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY**

str. Părului, nr. 8, Craiova, Dolj, România

T+4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrco@rdscv.ro; [www.mrco.ro](http://www.mrco.ro)

**În conformitate cu**

*According to*

**Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, cu modificările ulterioare, Anexa I (Cerințe esențiale), Anexa MI-001 (Contoare de apă), Anexa B – Examinarea de Tip**

*2004/22/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments, as amended, Annex I (Essential requirements), Annex MI-001 (Water meters), Annex B – Type Examination*

**Producător**

*Manufacturer*

**EUROMET Ölçü Aletleri Laboratuvar ve Test Ekipmanlari Danışmanlik Imalat Sanay ve Ticaret Ltd. Şti.**

Anadolu Bulvari ATB İş Merkezi C Blok No: 84 Yenimahalle, Ankara, Turkey

**Referitor la**

*Concerning to*

**Contor de apă seria KAYI MJD-XX-AYS**

*Water meter KAYI MJD-XX-AYS series*

**Caracteristici**

*Characteristics*

**Clasa de temperatură/ Temperature class:**

**T30 sau/or T50**

**Domeniul temperaturii ambiante/ Ambient temperature range:**

**+5°C...+55°C**

**Domeniul temperaturii apei/ Water temperature range:**

**0,1°C...+30°C sau/ or 0,1°C...+50°C**

**Presiunea maximă admisă/ Maximum admissible pressure:**

**16 bar**

**Valabil până la**

*Valid until*

**24.04.2025**

**Descriere și  
documentație**

*Description and  
documentation*

**Mijlocul de măsurare corespunde cu cerințele directivei și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.**

*The measuring instrument meets the Directive's requirements and it is described in Annex, a part of this certificate.*

**Eliberat la**

*Issued on*

**25.04.2015**

**Organism notificat nr. 2275**

*Notified Body no. 2275*

**dr.ing. Maria Magdalena POENARU  
DIRECTOR EXECUTIV**



Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 11 pagini, inclusiv anexa.  
*Certificate without signature and stamp is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 11 pages, including the annex.*