



Certificat de examinare CE de tip EC-type examination certificate

Număr RO-2275-15285, revizia 0

Number RO-2275-15285, revision 0

Eliberat de

Issued by

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE/ ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY

str. Părului, nr. 8, Craiova, Dolj, România

T+4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrco@rdscv.ro; www.mrco.ro

În conformitate cu

According to

Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, cu modificările ulterioare, Anexa I (Cerințe esențiale), Anexa MI-001 (Contoare de apă), Anexa B – Examinarea de Tip

2004/22/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments, as amended, Annex I (Essential requirements), Annex MI-001 (Water meters), Annex B – Type Examination

Producător

Manufacturer

**EUROMET OLCU ALETLERİ LABORATUAR VE TEST EKIPMANLARI DANISMANLIK IMALAT
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI**

Anadolu Bulvan ATB IS MERKEZI C-BLOK NO.84 06374 YENIMAHALLE, ANKARA/ TURKEY

Referitor la

Concerning to

Contor de apă seria HAVZA MJH-XX-AYS

Water meter HAVZA MJH-XX-AYS series

Caracteristici

Characteristics

- Clasa de temperatură/ Temperature class: **T90**
- Domeniul temperaturii ambiante/ Ambient temperature range: **+5°C...+55°C**
- Domeniul temperaturii apei/ Water temperature range: **0,1°C...+90°C**
- Presiunea maximă admisă/ Maximum admissible pressure: **16 bar**

Valabil până la

Valid until

24.04.2025

Descriere și
documentație

Description and
documentation

Mijlocul de măsurare corespunde cu cerințele directivei și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.

The measuring instrument meets the Directive's requirements and it is described in Annex, a part of this certificate.

Eliberat la

Issued on

25.04.2015

Organism notificat nr. 2275

Notified Body no. 2275

**dr.ing. Maria Magdalena POENARU
DIRECTOR EXECUTIV**



Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 11 pagini, inclusiv anexa.
Certificate without signature and stamp is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 11 pages, including the annex.